

قرار رقم ١/٢٦٤

سحب طبخة من مستلزم طبي من الاسواق اللبنانية ومنع تداولها

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠

بناء على قانون مزاوله مهنة الصيدلة رقم ٣٦٧ تاريخ ١٩٩٤/٨/١ و تعديلاته

بناء على كتاب " مستودع ادوية الاتحاد ش.م.ل. " المسجل لدى مصلحة الصيدلة تحت رقم ٨٠٤٨ تاريخ ٢٠٢٢/٣/٨ و المرفق بكتاب

من شركة B.Braun Melsungen AG تاريخ ٢٠٢٢/٣/٣ التي افادت عن وجود عيب في جودة الطبخة رقم 20C08G8330

(The injection port might be leaky) من مستحضر :

. VASOFIX SAFETY PUR 24G , 0.75IN.,0.7x19MM-EU

و حفاظاً على السلامة العامة

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة

بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تسحب من الاسواق اللبنانية ويمنع تداول طبخة من المستلزم الطبي الاتي بيانه :

Product	Lot Number	Expiry Date
VASOFIX SAFETY PUR 24G , 0.75IN.,0.7X19MM-EU	20C08G8330	01-MAR-2025

المادة الثانية: يكلف التفتيش الصيدلي تنفيذ مضمون هذا القرار .

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .



وزير الصحة العامة

الدكتور فراس الأبيض

يلغ:

- منظمة الصحة العالمية
- المديرية العامة للجمارك
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- نقابة الأطباء في بيروت و الشمال
- نقابة مستوردي المعدات والمستلزمات الطبية
- نقابة اصحاب المستشفيات
- نقابة صيادلة لبنان
- نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات
- مديرية العناية الطبية
- التفتيش الصيدلي في مصالح الصحة العامة في المحافظات
- مصلحة الصيدلة و الدوائر التابعة لها مع الملف
- Website
- المحفوظات.