



رقم المحفوظات: ٣٨ / ٢٥
رقم الصادر: ١٣ / ١ / ١٤١٠١
بيروت، في: ٢٤ نيسان ٢٠١٢

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي مغروس

Implants, active, leads and electrodes, defibrillator lead, Isoline

الجهاز المعني بالمتابعة:

- Implants, active, leads and electrodes, defibrillator lead, Isoline
- Trade Mark: Sorin
- Local Representative:

بناء على التقارير الصادرة عن الوكالة البريطانية

Medicine and Health Care Products Regulatory Agency (UK) MHRA

والتوصية الصادرة عن الشركة المصنعة التي تشير الى خلل في عمل الصنف المذكور أعلاه والذي

قد يؤثر على سلامة المريض، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات



