



رقم المحفوظات: ٣٨/٢٥
رقم الصادر: ١٣/١/٢٤٤٦٩
بيروت، في: ٢٢ نيسان ٢٠١٢

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي مغروس

Mesh, Polymeric, Various Mesh and Suture Products

الجهاز المعني بالمتابعة:

- Mesh, Polymeric, Various Mesh and Suture Products
- Trade Mark: Ethicon Inc A Johnson & Johnson Co
- Local Representative:

بناءً على التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة، والتي تشير الى وجود خلل في عملية تعقيم الصنف الوارد أعلاه، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطا:

- التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات

مدير عام الصحة

وليد عمار



