



رقم المحفوظات: ٢٠١٣  
رقم الصادر: ١٣/١/١٤٤٧  
بيروت، في: ٢٢ نيسان ٢٠١٣

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

**الموضوع:** إشعار بمتابعة جهاز طبي مغروس

Cervical Screws, 3.75mm x 12mm, Spine Anterior Cervical

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Cervical Screws, 3.75mm x 12mm, Spine Anterior Cervical
- Trade Mark: Genesys Orthopedic Systems
- Local Representative:

بناء على التقرير الصادر عن وكالة ال FDA

الذي يشير الى احتمال حدوث مضاعفات جراء استعمال الصنف المذكور اعلاه، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التقرير الصادر عن وكالة ال FDA

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات

مدير عام الصحة  
د. وليد عمار

