



رقم المحفوظات: ٥٠  
رقم الصادر: ١٣/١/١٥٦٨٨  
بيروت، في: ٩ أيار ٢٠١٢

جانب نقيب الاطباء في الشمال/طرابلس

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي

Urine collection devices and accessories

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Urine collection devices and accessories
- Trade Mark: Teleflex Medical
- Local Representative:

بناء على التقرير الصادر عن الوكالة البريطانية

Medicine and Health Care Products Regulatory Agency (UK) MHRA

والذي يشير الى اشكالية في طريقة التوضيب مما قد يؤثر على عملية التعقيم ، نرجو منكم متابعة هذا الموضوع مع الاطباء المعنيين.

مرفق ربطاً:

التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات

مدير عام الصحة  
د. وليد عمار



