



رقم المحفوظات: ٩/٢٥
رقم الصادر: ١٣/١٧.٢٤
بيروت، في: ٢٠ أيار ٢٠١٢

جانب نقيب الاطباء في الشمال/طرابلس

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي

Nails, Bone, Synthes Flexible grip

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Nails, Bone, Synthes Flexible grip
- Trade Mark: Synthes Inc
- Local Representative:

بناء على التقرير الصادر عن وكالة ال FDA

الذي يشير الى وجود خلل في عملية تنظيف وتعقيم الجهاز المذكور أعلاه، نرجو منكم متابعة هذا الموضوع مع الاطباء الاختصاصيين.

مرفق ربطاً:

- التقرير الصادر عن وكالة ال FDA

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع

- المستشفيات الحكومية

- المحفوظات



