



رقم المحفوظات: ٧٨١٢٥
رقم الصادر: ١٣/١٧.٢٩
بيروت، في :
٢٠ أيار ٢٠١٣

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي

Mesh, Polymeric, Various Mesh and Suture Products

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Mesh, Polymeric, Various Mesh and Suture Products
- Trade Mark: Ethicon Inc A Johnson & Johnson Co
- Local Representative:

بناء على التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة والتي تشير الى وجود خلل في عملية تعقيم الصنف المذكور مما قد يؤثر على سلامة المريض، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع

- المستشفيات الحكومية

- المحفوظات



