



رقم المحفوظات: ٣٨/٢٠٥
رقم الصادر: ١٣/٢٢٠٠١٧٩
بيروت، في: ١٢ حزيران ٢٠١٢

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي

Central sterilisation services materials; packaging.
Sterrad Cyclesure 24 biological indicator

الجهاز المعني بالمتابعة:

- Central sterilization services materials; packaging. Sterrad Cyclesure 24 biological indicator
- Trade Mark: Advanced Sterilization Products
- Local Representative:

بناء على التقارير الصادرة عن الوكالة البريطانية

Medicine and Health Care Products Regulatory Agency (UK) MHRA

والتوصية الصادرة عن الشركة المصنعة والتي تشير الى وجود خطأ في تاريخ الصلاحية

للصنف المذكور اعلاه، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع

- المستشفيات الحكومية

- المحفوظات



مدير عام الصحة

د. وليد عمار

