



رقم المحفوظات: ٣٨/٢٥  
رقم الصادر: ٣/١/٢٥٤١٧  
بيروت، في: ٣٠ تموز ٢٠١٢

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي  
Gowns, Medical, Hytrel Toga

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Gowns, Medical, Hytrel Toga
- Trade Mark: Stryker Instruments
- Local Representative:

بناء على التقرير الصادر عن وكالة ال FDA  
والتوصية الصادرة عن الشركة المصنعة والتي تشير الى وجود خلل في فعالية التعقيم، نرجو  
منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطا:

- التقرير الصادر عن وكالة ال FDA

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات

مدير عام الصحة

د. وليد عمار



