



رقم المحفوظات: ٣٨١٤٥
رقم الصادر: ١٧/٧/٢٥٧١٩
بيروت، في: ٣٠ تموز ٢٠١٢

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي مغروس

Implantable, Catheter, Guiding, Vascular BARD Biopsy Systems and support catheters (Microsheath and Usher)

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Implantable, Catheter, Guiding, Vascular BARD Biopsy Systems and support catheters (Microsheath and Usher)
- Trade Mark: Bard Peripheral Vascular (BPV)
- Local Representative:

بناء على التقرير الصادر عن وكالة ال FDA

والتوصية الصادرة عن الشركة المصنعة والتي تشير الى وجود خلل في عملية تعقيم الصنف المذكور أعلاه، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التقرير الصادر عن وكالة ال FDA

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات

مدير عام الصحة
د. وليد عمار

