



رقم المحفوظات: ٤٥ / ٤٨
رقم الصادر: ١٤٥٢٢٦ / ١٤
بيروت، في: ٣٠ تموز ٢٠١٣

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي مغروس

Implants, breast, silicone gel. Siltex Round ultra high profile gel
breast implant/ Siltex UHP CI

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Implants, breast, silicone gel. Siltex Round ultra high profile gel breast implant/ Siltex UHP CI
- Trade Mark: Mentor Medical Systems
- Local Representative:

بناء على التقارير الصادرة عن الوكالة البريطانية

Medicine and Health Care Products Regulatory Agency (UK) MHRA

والتوصية الصادرة عن الشركة المصنعة والتي تشير الى وجود خلل في تاريخ انتهاء
الصلاحية، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات

مدير عام الصحة
د. وليد عمار



