



رقم المحفوظات: ٨١٢٥
رقم الصادر: ١٣/١/٢٥٢٥٧
بيروت، في: ٣٠ تموز ٢٠١٣

جانب نقيب الاطباء في الشمال/طرابلس

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي مغروس

Hydrocephalic shunt, Codman Certas Programmable Valve

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Hydrocephalic shunt, Codman Certas Programmable Valve
- Trade Mark: DePuySynthes
- Local Representative:

بناء على التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة والتي تشير الى عدم ملاءمة الصنف الوارد أعلاه لشروط التصوير بجهاز الرنين المغناطيسي، نرجو منكم متابعة هذا الموضوع مع الاطباء الاختصاصيين.

مرفق ربطاً:

- التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات

مدير عام الصحة

د. وليد عمار



