



رقم المحفوظات: ٤٨/٤٥
رقم الصادر: ١٤/٧٢٦.٥٤
بيروت، في: ٥ - آب - ٢٠١٢

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي
Rigid Suction Wands

الجهاز المعني بالمتابعة:

- Rigid Suction Wands
- Trade Mark: Edwards Lifesciences
- Local Representative: Benta Trading

بناء على التقرير الصادر عن الوكالة الأسترالية TGA والذي يشير الى وجود خلل في عملية توضيب الصنف الوارد أعلاه مما قد يؤثر على سلامة المريض، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التقرير الصادر عن الوكالة الأسترالية TGA

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات

مدير عام الصحة
د. وليد عمار



