

REPUBLIC OF LEBANON

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

The Director General



الجمهورية اللبنانية

وزارة الصحة العامة

المدير العام

رقم المحفوظات: ٤٧/٢٥  
رقم الصادر: ١٢/١/٢٨٧١٤  
بيروت، في: ٢ - ايار ٢٠١٣

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي

Sterile Disposable Syringe 3ml - Luer Slip

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Sterile Disposable Syringe 3ml - Luer Slip
- Trade Mark: Livingstone International Pty Ltd
- Local Representative:

بناء على التقرير الصادر عن الوكالة الأسترالية TGA والذي يشير الى وجود خلل في عملية تعقيم الصنف الوارد أعلاه، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التقرير الصادر عن الوكالة الأسترالية TGA

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات



