



رقم المحفوظات: ٧٧/٢٥  
رقم الصادر: ٣٨٤  
بيروت، في: ١٣/١٢/٢٠١٢  
تاريخ الإصدار

## جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

**الموضوع:** إشعار بمتابعة جهاز طبي مغروس  
Femoral Hip, Free Lock Femoral Fixation System

### الجهاز المعنى بالمتابعة:

- Femoral Hip, Free Lock Femoral Fixation System
- Trade Mark: Zimmer Inc
- Local Representative: Intermedic

بناء على التقرير الصادر عن وكالة ال FDA الذي يشير الى وجود خلل في عملية توضيب الصنف المذكور أعلاه مما قد يؤثر على فعالية التعقيم، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

### مرفق ربطاً:

- التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة
- دائرة البرامج والمشاريع
- المستشفيات الحكومية
- المحفوظات

مدير عام الصحة  
د. وليد عمار



