



رقم المحفوظات: ٧٧/٢٥
رقم الصادر: ١٢١١/٢٥٤٦٨
بيروت، في ١ - تموز الثاني ٢٠١٣

جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي

FIAB Ultrasound Transmission and IPL Transparent Gel

الجهاز المعنى بالمتابعة:

- FIAB Ultrasound Transmission and IPL Transparent Gel
- Trade Mark: FIAB SpA
- Local Representative:

بناء على التقرير الصادر عن الوكالة الأسترالية TGA والذي يشير الى احتمال تلوث الصنف الوارد أعلاه ببكتيريا Burkholderia cepacia ، نرجو منكم تعميم هذه النشرة على جميع المستشفيات المعنية.

مرفق ربطاً:

- التقرير الصادر عن الوكالة الأسترالية TGA

يبلغ:

- دائرة البرامج والمشاريع ✓
- المستشفيات الحكومية -
- المحفوظات -

مدير عام الصحة

وليد عمار



